

**ДОТООД АУДИТ ЯВУУЛСАН ЗӨВЛӨМЖ, ҮЛ ТОХИРЛЫН
АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ**

2023.04.25

Дархан

2022оны 03 дугаар сарын 22-23-ний өдөр MNS ISO/IEC 17025:2018 стандартын шаардлага хангаж байгаа эсэхэд үнэлгээ хийсэн үнэлгээний багаас өгсөн зөвлөмж, үл тохирлын хүрээнд хийгдэх ажилын тайлан		
ҮЛ ТОХИРОЛ		
№	ХЭРЭГЖҮҮЛЭСЭН АЖИЛ	ЗАЛРУУЛСАН БАЙДАЛ
1	Лабораторийн байгууламж, ажлын байрны орчин нөхцөл” нь лабораторийн үйл ажиллагаанд тохиромжгүй, ажилтан албан хаагчдын эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлөхүйц байдалтай байна. /том үл тохирол/. Иймд цаашид барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах талаар удирдлагатай хамтран санаачлагатай ажиллах.	Хугацаа болоогүй
ЗӨВЛӨМЖ		
1	Дархан-Уул аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын 2019 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдрийн А/10 дугаар тушаалаар баталсан итгэмжлэгдсэн лабораторийн Чанарын гарын авлага, холбогдох журам, дүрэм, заавруудыг өөрчлөн шинэчлэх бэлтгэл ажлы төлөвлөгөө гаргаж удирдлагаар батлуулан, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж, итгэмжлэлийн хугацааг дуусахаас өмнө холбогдох журмын дагуу материалуудыг бүрдүүлэн итгэмжлүүлэх хүсэлтийг Үндэсний итгэмжлэлийн төвд гаргах	Сорилтын лаборатори нь шинжилгээ хийсэн үр дүнд үндэслэн санал ба тайлбарыг шинжилгээнд тусгах ба энэхүү санал, тайлбар нь ойлгомжтой, тодорхой байвал зохино. Нийт 30 шинжилгээний бүртгэлийг шинэчлэн боловсруулсан.
2	Худалдан авсан бараа бүтээгдэхүүнийг зарцуулалтын бүртгэлтэй тулган үзэхэд хор саармагжуулах бүтээгдэхүүн албан хаагчдад олгосон бүртгэл байхгүй, ариутгалын бодис олгосон бүртгэл дутуу, цэвэрлэгээний материалын зарцуулалтын бүртгэл хянасан албан хаагчийн гарын үсэг байхгүй байсан. Иймд анхан шатны бүртгэлийг бүрэн хөтөлж хэвших.	Ариутгалын бодис, цэвэрлэгээний материал ,хор саармагжуулах бүтээгдэхүүн олгосон бүртгэлийг шинэчлэн 1 бүртгэл хөтөлсөн.
3	Лабораторийн ажилтнуудын судалгааг шинэчлэх, MNS ISO/IEC 17025:2018 стандартын шаардлага сургалтад хамруулах	Байгууллагын 2023 оны төлөвлөлтийн дагуу MNS ISO 9000 : 2017 Чанарын менежментийн тогтолцоо сургалтад 2 албан хаагч хамрагдсан.
4	Тоног төхөөрөмжүүдийн техник ашиглалтын паспортыг шинэчилсэн загвараар хөтлөх.	Лабораторийн чанарын баримт бичгүүд техник ашиглалтын паспорт 50 бүртгэж баримтжуулсан.
5	Ашиглагдаж байгаа, эвдрэл гэмтэлтэй, нөөцөд байгаа тоног	Тоног төхөөрөмж, хэмжих хэрэгслийн ашиглалт, засвар

	төхөөрөмжийг зохих тэмдэглэгээгээр ялгах	үйлчилгээг зохицуулах Тоног төхөөрөмж, хэмжих хэрэгсэлтэй буруу ажиллах, хэт ачаалалтай ажиллуулснаас гэмтэж, хэмжлийн хязгаараас хэтэрсэн алдаатай үр дүнг өгдөг тул эвдэрч гэмтсэн үед нь хэрэглэхээс сэргийлж, "ажиллахгүй" гэсэн анхааруулга бүхий тэмдэг тавьж, дахин тохируулга хийтэл ялган тавихаар ЧГА-д тусган хэрэгжүүлсэн
6	Галын аюулгүй байдлын шаардлага хангаагүй, гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгсэл хангалтгүй, аврах гарцын тэмдэг тэмдэглэгээ дутуу байгаа тул стандартын дагуу байршуулах	СХЗХ-ын даргын 2023.04.27-ны өдрийн баталсан Эрүүл ахуйн хими, хор судлалын лабораторид химийн хорт болон аюултай бодис ашиглах, устгах аюулгүй ажиллагааны дүрмэд Галын аюулгүй байдлын зааварчилгаа болон аюул ослын үед авч хэрэгжүүлэх ажлыг тусган хариуцлагатай 4 албан хаагчаар гарын үсэг зуруулан өдөр тутмын үйл ажиллагаанд мөрдлөг болгон ажиллахыг үүрэг болгосон
7	Химийн хорт болон аюултай бодис хадгалах, ашиглах, устгах явцад гарч болзошгүй ослын үед ажиллах төлөвлөгөөг шинэчлэн баталж мөрдөх	Шинжилгээнд ашиглагдахгүй байгаа химийн бодисын жагсаалтыг шинэчлэн гаргаж СХЗХ-ын даргын 2023.04.27-ны өдрийн баталсан Эрүүл ахуйн хими, хор судлалын лабораторид химийн хорт болон аюултай бодис ашиглах, устгах аюулгүй ажиллагааны дүрмийг хариуцлагатай 4 албан хаагчаар гарын үсэг зуруулан өдөр тутмын үйл ажиллагаанд мөрдлөг болгон ажиллахыг үүрэг болгосон Техник ажиллагаанд зөрчил илэрсэн үед үл тохирлыг даруй залруулсан бөгөөд үл тохирол давтан илрэхгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлсэн.
8	Лабораторид ашиглагдаж буй хэмжих хэрэгсэл болох автоклавын манометр, термометр, зарим жингийн баталгаажуулалтын хугацаа дууссан тул баталгаажуулах	Эрүүл ахуй, нян судлал, эрүүл ахуйн хими, хор судлал, таримал ургамлын үр, хорио цээрийн лабораторийн шил сав, хэмжих хэрэгслийн калибровкийг хавсралт хүснэгтэд зааснаар Тоног төхөөрөмж, хэмжих хэрэгслийн ашиглалт, шалгалт тохируулга, засвар үйлчилгээг зохицуулах журам ЧМТЖ .6.4 –ын дагуу хийв. Хэмжих хэрэгслийн завсар дундын шалгалт сайжирсан. 2023 онд 4 термометр, 1 монометр
9	Лабораторийн үйл ажиллагааг шударгаар, ямар нэгэн арилжааны болон бусад дарамт шахалтаас ангид байхыг илэрхийлсэн "Шударга байдлын амлалт"-ыг гаргаж,	СХЗХ-ын даргын 2023.04.27-ны өдрийн баталсан ШУДАРГА БАЙДЛЫН АМЛАЛТ -ыг хариуцлагатай 4 албан хаагчаар гарын үсэг зуруулан баталгуулж

БАТЛАВ:

СТАНДАРТ ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ХЭЛТСИЙН
ДАРГА *[Signature]* Б.ЦЭВЭЭНДОРЖ

2023 оны 04 -р сарын 04 ны өдөр

1000020008 010170

**ИТГЭМЖЛЭГДСЭН СОРИЛТЫН ЛАБОРАТОРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД MNS ISO 17025 СТАНДАРТААР
ДОТООД АУДИТ ЯВУУЛСАН ЗӨВЛӨМЖ, ҮЛ ТОХИРЛЫН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ**

2023.04.04

Дархан


2022оны 03 дугаар сарын 22-23-ний өдөр MNS ISO/IEC 17025:2018 стандартын шаардлага хангаж байгаа эсэхэд үнэлгээ хийсэн үнэлгээний багаас өгсөн зөвлөмж, үл тохирлын хүрээнд хийгдэх ажил					
№	ҮЛ ТОХИРОЛ				
	MNS ISO IEC 17025 стандартын заалт	Хариуцах эзэн	Хяналт тавих ажилтан	Хугацаа	Хэрэгжүүлэх ажил
1	MNS ISO IEC 17025 стандартын 6.3.1 дэх заалт	Х.Энхзаяа Б.Уянга И.Алтанчимэг Х.Нансалмаа Г.Болормаа	Сорьцын хяналтын улсын байцаагч бөгөөд, ахлах мэргэжилтэн Б.Баярбаатар	2023 он заагдсан хугацаанд	Лабораторийн байгууламж, ажлын байрны орчин нөхцөл” нь лабораторийн үйл ажиллагаанд тохиромжгүй, ажилтан албан хаагчдын эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлөхүйц байдалтай байна. /том үл тохирол/. Иймд цаашид барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах талаар удирдлагатай хамтран санаачлагатай ажиллах.
№	ЗӨВЛӨМЖ				
1	MNS ISO IEC 17025 стандартын дагуу	Х.Энхзаяа Б.Уянга И.Алтанчимэг Х.Нансалмаа Г.Болормаа	Сорьцын хяналтын улсын байцаагч бөгөөд, ахлах мэргэжилтэн Б.Баярбаатар	2023.03.30-08.10	Дархан-Уул аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын 2019 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдрийн А/10 дугаар тушаалаар баталсан итгэмжлэгдсэн лабораторийн Чанарын гарын авлага, холбогдох журам, дүрэм, заавруудыг өөрчлөн шинэчлэх бэлтгэл ажлы төлөвлөгөө гаргаж удирдлагаар батлуулан, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж, итгэмжлэлийн хугацааг дуусахаас өмнө холбогдох журмын дагуу материалуудыг бүрдүүлэн

					итгэмжлүүлэх хүсэлтийг Үндэсний итгэмжлэлийн төвд гаргах
2	Стандартын 6.6.дахь заалт:	Х.Энхзаяа Б.Уянга И.Алтанчимэг Х.Нансалмаа Г.Болормаа	Сорьцын хяналтын улсын байцаагч бөгөөд,ахлах мэргэжилтэн Б.Баярбаатар	2023.03.3 0-04.21	Худалдан авсан бараа бүтээгдэхүүнийг зарцуулалтын бүртгэлтэй тулган үзэхэд хор саармагжуулах бүтээгдэхүүн албан хаагчдад олгосон бүртгэл байхгүй, ариутгалын бодис олгосон бүртгэл дутуу, цэвэрлэгээний материалын зарцуулалтын бүртгэл хянасан албан хаагчийн гарын үсэг байхгүй байсан. Иймд анхан шатны бүртгэлийг бүрэн хөтөлж хэвших.
3	Стандартын 6.2.2 дахь заалт:	Х.Энхзаяа Б.Уянга И.Алтанчимэг Х.Нансалмаа Г.Болормаа	Сорьцын хяналтын улсын байцаагч бөгөөд,ахлах мэргэжилтэн Б.Баярбаатар	2023.03.3 0-04.21	Лабораторийн ажилтнуудын судалгааг шинэчлэх, MNS ISO/IEC 17025:2018 стандартын шаардлага сургалтад хамруулах
4	Стандартын 6.4 дэх заалт:	Б.Уянга И.Алтанчимэг Х.Нансалмаа Г.Болормаа	Сорьцын хяналтын улсын байцаагч бөгөөд,ахлах мэргэжилтэн Б.Баярбаатар	2023.03.3 0-04.21	Тоног төхөөрөмжүүдийн техник ашиглалтын паспортыг шинэчилсэн загвараар хөтлөх.
5	Стандартын 6.4.9 дэх заалт:	Б.Уянга И.Алтанчимэг Х.Нансалмаа Г.Болормаа	Сорьцын хяналтын улсын байцаагч бөгөөд,ахлах мэргэжилтэн Б.Баярбаатар	2023.03.3 0-04.21	Ашиглагдаж байгаа, эвдрэл гэмтэлтэй, нөөцөд байгаа тоног төхөөрөмжийг зохих тэмдэглэгээгээр ялгах
6	Стандартын 6.3.1 дахь заалт:	И.Алтанчимэг Х.Нансалмаа	Сорьцын хяналтын улсын байцаагч	2023.03.3 0-04.21	Галын аюулгүй байдлын шаардлага хангаагүй, гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгсэл хангалтгүй, аврах гарцын тэмдэг тэмдэглэгээ дутуу байгаа тул стандартын дагуу байршуулах

			бөгөөд,ахлах мэргэжилтэн Б.Баярбаатар		
7	Стандартын 6.3.1.дахь заалт:	Х.Нансалмаа Г.Болормаа	Сорьцын хяналтын улсын байцаагч бөгөөд,ахлах мэргэжилтэн Б.Баярбаатар	2023.03.3 0-04.21	Химийн хорт болон аюултай бодис хадгалах, ашиглах, устгах явцад гарч болзошгүй ослын үед ажиллах төлөвлөгөөг шинэчлэн баталж мөрдөх
8	Стандартын 6.4.13 дахь заалт:	Х.Энхзаяа Б.Уянга И.Алтанчимэг Х.Нансалмаа Г.Болормаа	Сорьцын хяналтын улсын байцаагч бөгөөд,ахлах мэргэжилтэн Б.Баярбаатар	2023.03.3 0-04.21	Лабораторид ашиглагдаж буй хэмжих хэрэгсэл болох автоклавын манометр, термометр, зарим жингийн баталгаажуулалтын хугацаа дууссан тул баталгаажуулах
9	Стандартын 4-р бүлэг	Х.Энхзаяа Б.Уянга И.Алтанчимэг Х.Нансалмаа Г.Болормаа	Сорьцын хяналтын улсын байцаагч бөгөөд,ахлах мэргэжилтэн Б.Баярбаатар	2023.03.3 0-04.21	Лабораторийн үйл ажиллагааг шударгаар, ямар нэгэн арилжааны болон бусад дарамт шахалтаас ангид байхыг илэрхийлсэн “Шударга байдлын амлалт”-ыг гаргаж, баталгаажуулан нийтэд ил хэлбэрээр байршуулах

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛСАН:


ЛАБОРАТОРИЙН ЭРХЛЭГЧ:

 Х.ЭНХЗАЯА

ХЯНАСАН:

СОРЬЦЫН ХЯНАЛТЫН УЛСЫН БАЙЦААГЧ

БӨГӨӨД,АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН

 Б.БАЯРБААТАР